

.../04/2017

**TIBBİ MALZEME LİSTELERİ TIBBİ MALZEME ALAN TANIMLARINA
EŞLEŞTİRİLMESİ YAPILMIŞ OLAN "VİDALAR" Ve "PLAKLAR" ÜRÜN
GRUPLARI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU-45**

Bilindiği üzere; Kurumumuzca belirli tarihlerde yayımlanan eşleştirme duyuruları doğrultusunda SUT eki ve listelerine firmaların ürünlerini eşleştirmesi istenilmiştir. Bu kapsamda Kurumumuz resmi internet sitesinde 02.03.2016 tarihinde yayımlanmış olan "Tıbbi Malzeme Listeleri Tıbbi Malzeme Alan Tanımlarına Ürünlerin Eşleştirilmesi İle İlgili Önemli Duyuru-20" ile yatarak tedavilerde kullanılan tıbbi malzemeler kapsamında yer alan ve duyuru eki SUT kodlarına ürünleri olan tıbbi malzeme ithal ve/veya imal eden firmaların ürünlerini kendi beyanları doğrultusunda sistem üzerinden eşleştirmeleri istenilmiştir.

Firmalarca eşleştirmesi yapıp sisteme tanımlanmış ürünlerden; SUT eki "EK-3A BİR DEN FAZLA BRANŞTA KULLANILAN TIBBİ MALZEMELER" Listesinde "VİDALAR" ve "PLAKLAR" alan tanımları altındaki 98 SUT koduna yapılmış eşleştirmeler Kurumumuzca oluşturulan bilimsel komisyonlarca; ürünlerin TITUBB kayıtlarında yer alan sınıflandırma bilgileri dikkate alınarak değerlendirilmiş olup, bu alanda Sınıf-I Diğer (steril ve ölçme fonksiyonu olmayan) olduğu tespit edilen barkodların bu SUT kodlarında eşli olamayacağı kanaatine varılmıştır. TITUBB'dan alınan veriler doğrultusunda; bu alan tanımlarında eşli olan ve Sınıf-I Diğer (steril ve ölçme fonksiyonu olmayan) olduğu tespit edilen barkodlar duyuru eki "EK_ SUT Kodu-Barkod Eşleştirmeleri Uygun Olmayan Ürünler" listesinde listelenmiştir. Yapılan bu çalışmalar doğrultusunda SUT kodu-barkod eşleştirmesinin uygun olmadığı tespit edilen ekli listede yer alan eşleştirmeler MEDULA sisteminde 18.04.2017 tarihi itibarıyla kapatılmıştır.

Bilgilerinize önemle duyurulur.

EK: EK_ SUT Kodu-Barkod Eşleştirmeleri Uygun Olmayan Ürünler